

شرایط محیطی نصب دستگاه اسپکترومتر تحرک یونی (مدل CD-1300)

نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه اسپکترومتر تحرک یونی (مدل CD-1300) در تمامی آزمایشگاه‌های معمولی (نظیر آزمایشگاه‌های آنالیز ترکیبات و کنترل کیفی) قابل انجام بوده و نیازی به ایجاد شرایط ویژه وجود ندارد. لازم به ذکر است که تهیه منبع خارجی گاز تغذیه دستگاه (کپسول نیتروژن) الزامی می‌باشد.