



شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی سیستم پایلوت راکتور دُرساتک

- اتاق آزمایشگاه با مساحت مناسب و فضای جانبی قابل دسترسی برای دستگاه
- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- پریز اتصال ارت (زمین)