

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری Wireless voice alert monitoring system

- فاصله بین گره‌ها و دستگاه مرکزی نباید بیشتر از ۲۰۰ متر باشد.
- نباید بیشتر از ۳ دیوار معمولی یا مانع مشابه آن در دید مستقیم گره‌ها وجود داشته باشد.
- کلیه دستگاه‌ها باید در محیط‌های آزمایشگاهی سربسته بکار گرفته شوند.