

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی " دانشیار 1-RDE "

این دستگاه در محیط معمولی آزمایشگاه بر روی سطحی صاف و بدون لرزش قابل نصب و راه اندازی است. دمای محیطی مجاز در محدوده +۴ تا ۴۵ درجه سلسیوس و رطوبت محل می تواند بین صفر تا ۶۰ درصد باشد.