

## شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه فریزرهای مدل ۴۰- برای کلیه سایزها

با توجه به اینکه فریزر تحقیاتی دستگاهی است که در اکثر آزمایشگاهها برای ایجاد برودت مشخص استفاده میشود کاربرد وسیعی دارد فریزرهای تولیدی شرکت گروک در مدل فوق دارای رنج دمای تا منفی ۴۰- درجه است که دامنه کاربرد دستگاه را افزایش میدهد برای مثال از ژنتیک و خواص مواد آزمایشگاه تست تولیدات نظامی فروخته شده و نصب شده است دستگاه فوق در هر آزمایشگاهی قابل نصب است فقط شرایط محیطی قابل قبول باشد مثلاً دما در رنج ۱۰+ تا ۳۰+ درجه باشد دستگاه کار میکند و حتماً پریرز برق دستگاه باید دارای ارت باشد . در صورتی که دمای آزمایشگاه بالاتر از ۳۰+ باشد راندمان بخش برودت کاهش پیدا میکند