

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه

شرایط استفاده از دستگاه RN-700 در آزمایشگاه ماشین های الکتریکی :

- ۱- مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق سه فاز ۳۲ آمپر
- ۲- مجهز بودن آزمایشگاه به ترانس ایزوله کننده برق آزمایشگاه از برق شهر
- ۳- مجهز بودن آزمایشگاه به پوشش پارکت کف آزمایشگاه
- ۴- مجهز بودن محل استفاده از دستگاه به چاه ارت
- ۵- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل دما بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
- ۶- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل رطوبت بین ۲۰ تا ۷۰ درصد باشد