

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

شماره: ۹۴۰۰۱

پیوست: ندارد

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاههای الکترونیک و ست های آموزشی می بایستی در محیط های فاقد آلودگی هوا از جمله گرد و خاک نگهداری شوند .

ضمناً دمای بالای ۵۰ درجه محیط و رطوبت بالا باعث کاهش دقت اندازه گیری پارامترهای الکترونیک میگردد .

با توجه به شرایط فوق شرکت صبا پایا اطلس در مجموعه های آموزشی تولیدی فوق حساس خود از جمله میز آزمایشگاه الکترونیک یکدستگاه فن تهویه جهت کاهش دما و رطوبت تعبیه می نماید .

دستگاههایی مانند منابع تغذیه با خروجی آمپر بالا اصولاً دارای حرارت زیاد میباشند . لازم بذکر است وجود دمای محیطی بالا باعث اختلال در کارکرد دستگاه میگردد .

توصیه میگردد در محیط های آزمایشگاهی الکترونیک از UPS جهت جلوگیری از نوسانات شدید برق استفاده گردد .

ولتاژ برق کاربردی 220 ولت بوده و محیط آزمایشگاه نیاز به چاه ارت دارد.

با تقدیم احترام
شرکت صبا پایا اطلس
مدیر عامل - مهدی شریعتی فرد



تهران خیابان مطهری خیابان علی اکبری ساختمان صبا

تلفن: ۰۲۸ ۳۷ ۸۸ ۵۰ (خط ۵) فاکس: ۰۲۶ ۹۴ ۸۸ ۵۰ همراه: ۰۵۳۲۱۰-۰۹۱۲