

بی تردید این سیستم را بر روی سیستم های تهویه مطبوعی که در آزمایشگاه فشارقوی (قفس فاراده) متناسب با ابعاد مدار آزمون و وسیله

به منظور بهره برداری از مجموعه فشارقوی داشتن اتاق کنترل و آزمایشگاه فشارقوی (قفس فاراده) متناسب با ابعاد مدار آزمون و وسیله تست شونده یک اصل می باشد، همچنین داشتن سیستم ارتینگ مطمئن با حداقل مقاومت زمین الزامی است.

شرایط محیطی بهره برداری از مجموعه فشارقوی :

شرایط محیطی بهره برداری = 5-40 [C°]

90% = ماکزیمم میزان رطوبت

ارتفاع از سطح دریا = $m \leq 1000$

Indoor , 10-50 [C°] = شرایط محیطی نگهداری

760[mmHg] , 20 [C°] , 11 [g/m³] = شرایط تحمل عایقی مجموعه مطابق استاندارد IEC 60060-1

برخی از وسیله های تست شونده ای که می توان با مجموعه فشارقوی مطابق با استانداردهای بین المللی تست نمود، به

شرح ذیل می باشد: