

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

Environmental Conditions

اندازه گیری گرانیوز نفت در فشار و دمای بالا

HP-HT Viscometer



شماره ثبت: ۲۹۶۶۴

- ✓ برق شهری
- ✓ میز آزمایشگاهی با ابعاد ۲۰۰×۱۰۰ سانتی متر با ماکزیمم ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر
- ✓ هود آزمایشگاهی با تهویه مناسب
- ✓ تولوئن یا بنزین جهت شستشو
- ✓ کپسول نیتروژن یا هوا (از کمپرسور هوا نیز می توان استفاده نمود)