


تاریخ:

Design and Manufacture of  
Nuclear Measurement Systems

شماره:

پیوست:-

طراحی، ساخت، مشاوره سیستم های طیف سنجی و اندازه گیری هسته ای



بسمه تعالی

شرایط نصب و نگهداری سیستم طیف سنجی آلفا و بتا مدل NT-126

جهت نصب نگهداری سیستم شرایط زیر مورد نیاز است:

بسته بودن محیط نگهداری (محیط آزمایشگاه)

دمای محیط ۲۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی تا ۹۵٪

نصب، راه اندازی و آموزش به عهده شرکت می باشد.

نصب در محل موردنظر خریدار انجام می شود.

تست های مکانیکی و الکترونیکی در هنگام تحویل و راه اندازی انجام می شود.

آموزش به مدت دو ساعت هنگام تحویل انجام می شود.

نگهداری سیستم تا ده سال با هماهنگی خریدار و با دریافت هزینه های مربوطه توسط این شرکت انجام می شود.