

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه MFI به شرح ذیل می باشد:

- ۱- اتاق آزمایشگاه باید دارای یک میز با قابلیت تراز شدن سطح باشد
- ۲- کابل های فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین
- ۳- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- ۴- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.
- ۵- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.