

## شرایط کالیبراسیون دستگاه Coincidence مدل UC 2676

شرایط کالیبراسیون دستگاه در آزمایشگاه به صورت زیر می باشد:

(۱) آزمون تکرارپذیری پاسخ دستگاه انجام می شود (پاسخ دستگاه در شرایط یکسان، تکرارپذیری مطلوب داشته باشد).