

بسمه تعالی

pH Meter



شرکت لابلترون
LABTRON CO.

شرایط محیطی

حداکثر رطوبت مجاز 30 درصد

با توجه به اینکه دستگاه pH Meter مجهز به سیستم جبران سازی دمایی می باشد استفاده از آن برای محلول های با دمای بالا تابع شرایط و جنس الکتروود بوده و از این لحاظ دستگاه مشکلی نخواهد داشت. طبیعی است دمای محیط استفاده از دستگاه تا حداکثر 35 درجه سانتیگراد مجاز می باشد.