

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه پمپ سرنگی فشار بالا-HSP : 2100

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۵/۰ متر
- برق ۲۲۰ ولت با محافظ دستگاههای الکترونیکی ۵۰۰ وات
- گریسکاری پمپ ها و جعبه دندنه ها

شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه در شرایط کالیبره تحويل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در موقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحويل دهی

- دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد تحويل می گردد.
- بررسی دقیق تحويل دهی و فشار پمپ ها و کارآیی آنها در آزمایشات طولانی مدت در هنگام تحويل از جمله آزمون های تحويل دهی هستند