

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه پمپ سرنگی فشار بالا - HSP

2030:

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق ۲۲۰ ولت با محافظ دستگاههای الکترونیکی ۵۰۰ وات
- گریسکاری پمپ ها و جعبه دنده ها

### شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

### آزمون های تحویل دهی

- دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد تحویل می گردد.
- بررسی دقت تحویل دهی و فشار پمپ ها و کارایی آنها در آزمایشات طولانی مدت در هنگام تحویل از جمله آزمون های تحویل دهی هستند