

## دستگاه صافی گاز آرگون

### ARGON PURIFIER



خلوص گاز آرگون مورد نیاز دستگاه اسپکترومتر ۹۹,۹۹۸٪ باحد مجاز ناخالصی اکسیژن و رطوبت کمتر از سه پی پی ام در حجم (O<3ppm H2o<3ppm) میباشد.

توجه داشته باشید که ناخالصیهای فوق عمده مشکلات اساسی در گاز آرگون بوده و بالاتر از مقادیر ذکر شده موجب اختلال در نتایج آنالیز خواهد شد.

#### دستگاه صافی گاز آرگون :

دستگاه صافی گاز آرگون ساخت شرکت پگاه طیف بشماره ثبت

۳۷۹۱۶ که برای اولین بار در ایران ساخته شده ؛ قادر است

ناخالصیهای موجود در گاز آرگون را تا هشتلد پی پی ام تصفیه

نماید(صرفه جوئی درگاز آرگون از بیست تا سی درصد روی فشار گازآرگون خروجی دو بار).

#### مشخصات فنی :

دستگاه صافی گاز آرگون دارای یک کوره جاذب اکسیژن و یک کوره رطوبت گیر با قابلیت احیاء مجدد در دمای تعریف شده ( بستگی به نوع آنالیز آلیاژها ) و با حد اقل توان مصرفی ؛ ناخالصیها را جذب مینماید.

#### طول عمر مواد صافی گاز آرگون :

طول عمر مواد دستگاه صافی گاز آرگون بستگی به کیفیت گاز آرگون خریداری شده دارد ؛ هر چه

ناخالصی در گاز آرگون بیشتر باشد ؛ مواد ها سریعتر ازبین میروند .

در صورتیکه گاز آرگون مصرفی از طریق این شرکت تدارک دیده شود ؛ مواد صافی تا یکسال ضمانت میشود( مراحل تشخیص مرغوبیت گاز آرگون قبل از مصرف؛ بشما آموزش داده خواهدشد) .

#### متعلقات دستگاه :

یکعدد رگلاتور – دو حلقه لوله استیل قابل انعطاف با اتصالات سریع ( کوپلینگ )- تبدیل مخصوص

تست سریع مستقیم گاز آرگون بدون نیاز به باز کردن لوله بصورت اختیاری ؛ راهنمای نصب و راه

اندازی – آموزش نحوه تست مرغوبیت گاز آرگون قبل از اتصال بدستگاه – پشتیبانی خدمات یدکی .

لطفا" در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.