

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه:

شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی این دستگاه، شرایط دما و فشار آزمایشگاهی استاندارد می باشد.

پارامتر	مقدار
دما	۱۵ تا ۳۵ درجه سلیسیوس (دمای استاندارد ۲۵ درجه سلیسیوس)
فشار	۱ اتمسفر
رطوبت	بین ۴۰ تا ۶۵ درصد