

شرایط محیطی محل نصب:

از آنجا که کاربرد آن در بخش میکروب شناسی است توصیه می‌گردد محل نصب آن در همین بخش باشد. دور از سانتریفیوژ یا دستگاههایی با تکانهای شدید نصب گردد. ترجیحا در کنار شعله یا زیر هود میکروبی باشد.