

مدل دستگاه : AD650CP

کوره کالیبراسیون قابل حمل

۱- دربهترین حالت دمای اتاق آزمایشگاه بین  $+18$  تا  $+25$  درجه سلسیوس و در شرایط استفاده در سایت بین  $+5$  تا  $+40$  درجه سلسیوس (  $+5$  to  $+40$  °C )

۲- دربهترین حالت رطوبت بین  $30$  تا  $70$  درصد رطوبت نسبی و در شرایط استفاده در سایت بین  $20$  تا  $85$  درصد رطوبت نسبی (  $20$  to  $85$  %RH )

۳- تغذیه برق:  $220 \pm 10$  Volt و  $50$  Hz

۴- دستگاه باید دور از تابش مستقیم نور خورشید ، در مسیر جریان هوای ناشی از سیستم گرمایش یا سرمایش