



### برگه گارانتی دستگاه ژنراتور هیدروژن با غشاء تبادل پروتون با ظرفیت $350 \text{ ml.min}^{-1}$ -۰

با تشکر از شما پژوهشگر گرامی در انتخاب محصولات این شرکت، به استحضار میرساند که این دستگاه پیش از ارسال در شرایط مختلف و از جنبه های گوناگون عملیاتی، کاربردی و ایمنی تست شده است. لذا خواهشمند است هنگام دریافت کالا، در صورتی که عیب یا نقصی را در بسته بندی و شکل ظاهری آن مشاهده کردید، مراتب را بلافاصله به شرکت اطلاع دهید؛ زیرا این کالا هنگام ارسال بیمه شده است. مدت زمان گارانتی کلیه قطعات دستگاه ۱۲ ماه و مدت زمان خدمات پس از فروش ۱۰ سال بعد از زمان ارسال آن میباشد.

\*موارد زیر منجر به خارج شدن دستگاه از گارانتی می شود:

- باز کردن دستگاه و دستکاری قطعات داخلی (قطعات مکانیکی، الکترونیکی و برد)
- آسیبهای ناشی از کار کردن با دستگاه در محدوده ی خارج از ظرفیت دستگاه
- آسیبهای ناشی از نوسانات شبکه برق (حتما دستگاه به واسطه سیستم محافظ به برق شهری وصل شود)
- راه اندازی و بکارگیری دستگاه با استفاده از وسایل و قطعات غیر استاندارد
- به کارگیری دستگاه تحت شرایطی که در دستورالعمل ذکر نشده باشد. در اینگونه موارد قبل از تست با کارشناسان شرکت تماس بگیرید.
- مسئولیت هر گونه حادثه ی احتمالی منجر به نقص عضو یا فوت ناشی از قصور در کلیه موارد ایمنی یا استفاده از کالا توسط افراد آموزش ندیده به عهده ی کاربر میباشد.

### زمان آغاز گارانتی و خدمات پس از فروش:

#### \*توجه:

- ۱- این برگه بدون مهر و امضاء شرکت فاقد اعتبار است.
- ۲- بهره مندی از هرگونه خدمات گارانتی و پس از فروش منوط به ارائه این برگه میباشد

