

شرایط محیطی لازم برای نگهداری و نصب دستگاه:

اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل 10 مترمربع

قسمت کار و میز کار محکم باشد.

اتصالات مخزن به پمپ چک شود.

گیج مخزن و درب آن به طور صحیح قرار گرفته باشند.