

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه دوده به شرح ذیل میباشد:

7- اتاق آزمایشگاه به مساحت 20 متر مربع

6- ورودی برق حفاظت شده 10 امپر تک فاز

4- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.

5- دمای آزمایشگاه 23 درجه سانتیگراد باشد

بین افزار