

شرایط محیطی

- دمای محیط می‌تواند در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.

نشان داده شده است که ساختار و کیفیت نانوذرات تشکیل شده در حین انفجار به دمای محیط (مایع) وابسته است.

شرایط عملیاتی دستگاه

➤ سیال

با توجه به ساختار سیستم سیال مورد استفاده بایستی غیر الکترولیت و غیر قابل اشتعال باشد.

➤ برق

برق ورودی: 1PH/ 220 V AC/ 10 A

محل استفاده از دستگاه می‌بایست مجهز به اتصال زمین باشد.