



نام آزمایش و مدل دستگاه:

مطالعه بررسی بستگی رسانایی الکتریکی به دما در

نیمرساناها

مدل SS۹۹۴۵

مشخصات فنی:

المانهای حرارتی مختلف - سیرکولاتور - پل تار - پروبهای مخصوص - مولتی

متر - جعبه مقاومت - منبع تغذیه DC, AC

راهنمای کاربری:

هدف از این آزمایش تعیین مقاومت هادیها در درجه حرارتی مختلف ، رسم

نمودار تغییرات مقاومت بر حسب درجه حرارت ، اندازه گیری ضریب حرارتی

میباشد.

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

محدوده دمای بین ۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد

محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۰ تا ۶۵ درصد

دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.

گارانتی و خدمات پس از فروش:

کلیه محصولات تولیدی شرکت سامان سرای مین الملل بارثاوا دارای ۳ سال گارانتی تعویض قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. هیچ عامل محیطی و انسانی تولیدات شرکت را از شمول

گارانتی و خدمات خارج نمیکند. تجهیزاتی که تنها از شرکت سامان سرای مین الملل بارثاوا خریداری

شده و تولید خود این شرکت نمی باشد نیز دارای یک سال گارانتی تعویض و ۲ سال خدمات پس از

فروش می باشد. نصب و راه اندازی و آموزش نحوه کاربرد و عملکرد محصولات فروخته شده، توسط

کارشناسان شرکت در محل آزمایشگاه دانشگاه صورت میگیرد.