

## Electrical Properties System (EPS-PR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اندازه‌گیری خواص الکتریکی سنگ مخزن

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می‌شود
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز
- گریسکاری منظم و سالانه بلبرینگ‌ها و چرخ‌دنده‌ها

### شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می‌گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می‌شود.

### آزمون‌های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون‌های استاندارد اندازه‌گیری خواص الکتریکی سنگ مخزن تست شده و تحویل می‌گردد.