

## Steady State Gas Permeameter (SGP-BR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اندازه‌گیری تراوایی گازی پایا

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می شود
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز
- کپسول گاز نیتروژن

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد اندازه‌گیری تراوایی گازی نمونه سنگ تست شده و تحویل می گردد.