

HPHT Density System (HDS-BR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اندازه‌گیری چگالی در شرایط مخزن

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می‌شود.
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می‌گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می‌شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد اندازه‌گیری چگالی تست شده و تحویل می‌گردد.