

شرایط محیطی:

- دستگاه در فضایی به ابعاد 1×1 متر قابل نصب و راه اندازی میباشد.
- دستگاه حداقل امکان کنار پنجره و بدور از وسایل گرمایشی نصب گردد.
- دستگاه برای کار در دمای مرسوم آزمایشگاهی (۲۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد) طراحی شده و در این شرایط بهترین عملکرد را دارد.
- دستگاه در دماهای محیطی بالای ۴۰ درجه سانتی گراد نبایستی استفاده شود.
- برق مورد نیاز سیستم به صورت تک فاز ۲۲۰ ولت میباشد.

زیست فرایند تجهیز سهند

توجه: بدون مهر و امضای نماینده شرکت این ضمانتنامه فاقد اعتبار می باشد.