



طراحی و ساخت سیستم های طیف سنجی و اندازه گیری هسته ای

بسمه تعالیٰ

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم اندازه گیری نوترون مدل NT-142

جهت نصب نگهداری سیستم شرایط زیر مورد نیاز است:

- بسته بودن محیط نگهداری (محیط آزمایشگاه)
- دما محیط -20°C تا $+40^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد
- رطوبت نسبی تا ۹۵٪

نصب، راه اندازی و آموزش به عهده شرکت می باشد.

نصب در محل موردنظر خریدار انجام می شود.

تست های مکانیکی و الکترونیکی در هنگام تحویل و راه اندازی انجام می شود.

آموزش به مدت دو ساعت هنگام تحویل انجام می شود.

نگهداری سیستم تا ده سال با هماهنگی خریدار و با دریافت هزینه های مربوطه توسط این شرکت انجام می شود.