



بسمه تعالی

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دزیمتر نوترون مدل NT-312

جهت نصب و نگهداری سیستم شرایط زیر مورد نیاز است:

- بسته بودن محیط نگهداری (محیط آزمایشگاه)،
- دمای محیط ۲۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد،
- رطوبت نسبی تا ۹۵٪،

نصب، راه اندازی و آموزش به عهده شرکت می باشد.

نصب در محل موردنظر خریدار انجام می شود.

تست های مکانیکی و الکترونیکی در هنگام تحویل و راه اندازی انجام می شود.

آموزش به مدت دو ساعت هنگام تحویل انجام می شود.

نگهداری سیستم تا ده سال با هماهنگی خریدار و با دریافت هزینه های مربوطه توسط این شرکت انجام می شود.