

استاندارد:

ASTM D2172,AASHTO T164

مشخصات عمومی:

برای استخراج قیر از آسفالت و تعیین درصد قیر به کار می رود. به طوری که حداکثر تا ۱۵۰۰ گرم نمونه را در کاسه ریخته و با اضافه نمودن حلال روی آن و چرخاندن کاسه توسط اهرم می توان قیر را از آسفالت جدا کرد و تنها مصالح سنگدانه باقی می ماند. دستگاه شامل یک کیسه آلومینیومی و درپوش به ظرفیت ۱۵۰۰ گرم می باشد که بر روی یک پایه آلومینیومی قرار دارد. لازم به ذکر است که به مقدار لازم روغن و اسکازین در گیربکس موجود است. فیلتر مناسب این دستگاه دارای قطر خارجی ۲۵۰ میلیمتر می باشد.

ابعاد : ۴۸۰\*۲۸۰\*۲۸۰

وزن : ۲۳ کیلوگرم

فیلتر استرکس بسته ۱۰۰ عددی به قطر خارجی ۲۴۵

و قطر داخلی (طبق سفارش) می باشد

