

شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در فضای آزمایشگاهی طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن $+25$ درجه سانتیگراد می باشد و در بدترین حالت نباید از $+35$ درجه سانتیگراد تجاوز نماید .

رطوبت نسبی مناسب جهت کار کردن ایده آل دستگاه بین 10 الی 80 درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از 60 سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از 70 سانتی متر باشد .

محل قرار گیری دستگاه باید تراز باشد و استفاده از دستگاه در سطوح شیب دار غیر مجاز می باشد . به دلیل مکش هوا از قسمت زیر چیلر سطح زیر چیلر باید بتون ، موزائیک ، سرامیک و بطور کلی نباید خاکی باشد .

مشخصات الکتریکی

- برق مورد نیاز 220 ولت 4 آمپر
- ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریز ضمیمه دستگاه نباید کمتر 1.0 میلیمتر باشد .
- اتصال ارت حتما به دستگاه متصل شود .