


مدل دستگاه : T1450	حمام کالیبراسیون رومیزی
 <p>۱- دمای اتاق آزمایشگاه بین ۱۸+ تا ۲۸+ درجه سلسیوس ($+18$ to $+28$ °C)</p> <p>۲- رطوبت بین ۳۰ تا ۸۰ درصد رطوبت نسبی (30 to 80 %RH)</p> <p>۳- تغذیه برق: 220 ± 10 Volt و 50 Hz</p> <p>۴- دستگاه باید دور از تابش مستقیم نور خورشید ، در مسیر جریان هوای ناشی از سیستم گرمایش یا سرمایش</p>	