

شرکت صنایع آزمایشگاهی بهمن الکترونیک پارس

شرایط محیطی: از نظر دما و رطوبت شرایط تهویه هوا مطبوع و دمای تقریبی 24 درجه سانتی گراد(+3) و رطوبت نسبی تقریبی 40٪ مطلوب است.

کلید دستگاه ها نیاز به ارت مناسب دارد. پیشنهاد می‌گردد کاربرد در صورت نوسانات ولتاژ برق شهر از یک دستگاه استابیلایزر استفاده نماید .

محل نصب دستگاه: دستگاه باید حداقل 10 الی 15 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.