

شرکت پویافر آزما

مشخصات فنی دستگاه آزمایش فنرها (تحقیق قانون هوک)

شامل:

مشخصات فنی خط کش شاخصدار

- ✓ خط کش شاخصدار از جنس پلکسی گلاس مات دارای خط کش مدرج 0-100 cm با دقت 1mm
- ✓ پایه چدنی استوانه ای یا مثلثی کوچک
- ✓ 2 عدد شاخص متحرک مغناطیسی با سرهای سر تیز رنگی
- ✓ میله آبکاری شده استیل
- ✓ وزن تقریبی 200 گرم و ابعاد 1cm×6cm×120cm

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه برای اندازه گیری تغییرات طولی در آزمایش هایی مانند قانون هوک، تار مرتعش، آونگ... از خطکش شاخص دار پایه دار استفاده می گردد.

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
2. پیچ پایه کاملا سفت شود تا خط کش در جای خود محکم بوده و سقوط نکند.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

جدول زمانبندی:

4	3	2	1	زمان موضوع
انجام شده				تدارکات و خرید قطعات
انجام شده				ساخت و مونتاژ دستگاه
انجام شده				کالیبراسیون و کنترل کیفی
آماده تحویل				تحویل دستگاه ها

