

شرایط محیطی جهت نصب فلومتر:

- نبود نویز در محیط
- نصب در فاصله بیشتر ای ۵ برابر قطر لوله از زانویی یا هر تجهیز دیگر روی لوله افقی
- استفاده از ژل کوپلنت مناسب و کافی
- دور از مواد خورنده

در صورت وجود شرایط ویژه برای ساخت پروب با شرایط خاص با شرکت در تماس باشید.