

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه:

سیلندرهای گازهای مختلف مورد جداسازی بهمراه رگلاتور و اتصالات

برق ۲۲۰ ولت شهری

رابط ارت اتصال به زمین

میز به ارتفاع ۹۰ سانتی متر، عرض ۱۲۰ سانتی متر و عمق ۶۰ سانتی متر.