



بسمه تعالی

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری اتاقک یونش مدل NT-342

جهت نصب و نگهداری دستگاه شرایط زیر مورد نیاز است:

بسته بودن محیط نگهداری (محیط آزمایشگاه)

دمای محیط ۲۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد

رطوبت نسبی تا ۹۵٪