

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تعیین نفوذپذیری بتن در برابر کلرید "RCT3"

این دستگاه دارای شرایط محیطی خاص و ویژه ای برای نصب و راه اندازی نبوده و شرایط آزمایشگاهی استاندارد برای نصب و راه اندازی دستگاه و انجام صحیح آزمایشگاه کافی می باشد که شرایط این آزمایشگاهی شامل موارد زیر می باشد:

- 1-دمای استاندارد آزمایشگاهی : ۲۵درجه سلسیوس
- 5-تراز بودن سطح نصب دستگاه
- 3-شرایط رطوبتی استاندارد محیط آزمایشگاه : ۴۵ درصد
- 5-عدم وجود گرد و غبار
- 2-فشار جوی استاندارد هوا
- 6-عدم وجود نوسانات برقی
- 7-عدم تابش نور مستقیم به LCD
- 8-عدم وجود ارتعاشات
- 9-اطمینان از نصب سیم ارت دستگاه برای جلوگیری از برق گرفتگی



