

شرایط محیطی لازم جهت انجام تست نشتی

دمای محیط آزمایشگاه 23 درجه سانتیگراد باشد و ابعاد آزمایشگاه کمتر از 20 متر نباشد

1- در طول آزمون نشتی قرارگیری نمونه باید چک شود

2 - فشار مورد نیاز ست شود

4- آب مورد نیاز به مخزن وصل باشد

بین افزار