

شرایط محیطی و عملکردی

- کارکرد سیستم در شرایط دمایی 25 تا 35 درجه
- نگهداری و انبارش سیستم در دمایی 15 تا 45 درجه و رطوبت نسبی کمتر از 45 درصد
- کارکرد سیستم در اتاق تمیز با کلاس حداقل 100 هزار پارتنیکل بر متر مکعب
- کارکرد سیستم در شرایط لرزش بدنه کمتر از 100 هرتز (استفاده از میز اپتیکی با بالشتیک هوا)
- رطوبت نسبی در دمای 25 درجه کمتر از 20 درصد