

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تست  
غیرمخرب ادی کارنت IHSCAN مدل IH-ECPSeries:

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تست غیرمخرب ادی کارنت  
IHSCAN به شرح ذیل میباشد:

- دمای کاری محیط از ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
- رطوبت محیط کاری از ۲۰٪ تا ۸۰٪

