

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی مغزه نگهدارنده التراسونیک

- حداکثر دمای محیط 40 °C
- حداکثر رطوبت محیط 65%
- فشار هوای 1 اتمسفر
- شاخص کیفیت هوای محیط: کمتر از 200 AQI
- تهیه دو دستگاه پمپ فشار بالای دیجیتال به اندازه فشار کاری مورد نیاز توسط خریدار