

- شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه پمپ پلانجر به شرح ذیل می باشد:
1. اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۳۰ مترمربع به دور از سیمها و کابل های فشار قوی (ترجیحا در طبقه همکف یا زیرزمین)
 2. کنتور برق تکفاز ۲۵ آمپر
 3. نیاز به سیستم ارت دارد.
 4. دمای آزمایشگاه بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بین ۳۵ تا ۵۵ درصد