



گروه C :

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل میباشد:

- ۱- آزمایشگاه با ۲۵ مترمربع زیربنا
- ۲- داری تهویه و سیستم برودت و گرمایشی
- ۳- این دستگاه نسبت به رطوبت و گرما حساس **نبوده**
- ۴- نیاز به میز کار **نیست** دستگاه روی زمین و تراز باشد .
- ۵- نیاز به کف سازی صنعتی **نمیباشد** اما کف قابل شستشو و مطابق با مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان تحمل بار زنده ۵ کیلو نیوتن بر متر مربع را داشته باشد
- ۶- نیاز به استفاده از کلاه و عینک ایمنی **نمیباشد**.
- ۷- بهتر است از دستکش کار استفاده شود.
- ۸- نیاز به پریز برق ۲۲۰ ولت در نزدیکی دستگاه
- ۹- دستگاه در نزدیکی نازل برودت و حرارت (شوپاژ - بخاری - کولر - پنکه و...) قرار نگیرد .
- ۱۰- به علت سنگینی دستگاه و دشوار بودن حمل آن بهتر است آزمایشگاه در طبقه همکف باشد.

شماره:

پیوست:

تاریخ:

ساخت و طراحی تجهیزات آزمایشگاه های
مقاومت مصالح، مکانیک خاک، ژئوتکنیک،
بتن، قیر و آسفالت
دفتر مرکزی:

تهران- بلوار آفریقا(جردن) نبش خیابان والی نژاد
کنار برج افرا-پلاک 3 واحد 2
تلفن: 021-28423558 همراه:

09127691364

دفتر استان فارس:

شهرآز- خ کلبان شوربچه شهزادی -کوچه 19 ساختمان
راز واحد یک

تلفن: 071-32326802 همراه: 09127691364

TESTING EQUIPMENT

For The Construction Industry

Adress: 2th Unit, No 3, Valinejad St,

Africa Blvd, Tehran, Iran.

Mob: 0098-9127691364

Tel: 0098-2128423558

Behradcompany.com

info@behradcompany.com