



## مکانیک سیالات



RF 003

بررسی جریان عبوری از اوریفیسی

### شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- لوله کشی آب شهری
- لوله کشی فاضلاب
- دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت ۱۵٪-۸۰٪

info@radmansanatco.com    تلفن: ۰۷۱۳۶۳۵۹۳۰۴

www.radmansanatco.com    ۰۷۱۳۶۲۴۳۴۲۴

مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.  
استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.