

شرایط محیطی نصب و نگهداری

- ۳۰ دستگاه یخچال کوچک آزمایشگاهی با محافظ یونی باید ۳۰ سانتی متر از دیوار پشتی فاصله داشته باشد.
بدون قطع اتصال کابل برق جابجا نشود.