

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه سیلابزنی مغزه به شرح ذیل می باشد:

- ۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۳۰ مترمربع به دور از سیمها و کابل های فشار قوی (ترجیحاً در طبقه همکف یا زیرزمین)
- ۲- کنتور برق تکفاز ۲۵ آمپر
- ۳- نیاز به سیستم ارت دارد.
- ۴- دمای آزمایشگاه بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بین ۳۵ تا ۵۵ درصد