

## **HX1-BW-2D-1-30** دیجیتال میکروسکوپ برای نصب دستگاه موردنیاز محیطی

شرایط مناسب و کافی :

- یک میز که فضای کافی برای قرارگیری دستگاه و متعلقات آن داشته باشد .
- دمای اتاق نگهداری بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد .
- در فضای با رطوبت و گرد و غبار کم استفاده شود.
- اتصال به برق بدون نوسان