

اولین لیزر دوپالسی
در ایران



شرکت دانشگاهی توسعه فناوری معین (گروه فمتو)

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری لیزر حالت جامد
فلش پمپ دوپالسی به همراه هارمونیک دوم

با توجه به ماهیت لیزر مورد نظر که برای استفاده در مراکز آموزشی و تحقیقاتی ساخته شده است، این لیزر بایستی تا حد امکان در آزمایشگاه و با شرایط آزمایشگاهی نگهداری گردد. اگر برای کاربردهای خاصی قرار است این لیزر در بیرون آزمایشگاه تست گردد، بایستی در هنگام انعقاد قرارداد این موضوع به آگاهی شرکت رسانده شود تا تمهیدات لازم در این خصوص در نظر گرفته شود.

